

本通知は本文記載の当該製品をご購入いただいたお客様にご案内しております。

2022 年 6 月
株式会社 MonotaRO

『共立理化学研究所 パックテスト[徳用セット]硝酸』の製品不良についてのお詫びと交換のお知らせ

平素よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、弊社にて販売いたしました『共立理化学研究所 パックテスト[徳用セット]硝酸』におきまして、異なる項目である亜硝酸の標準色が組み込まれていることが判明いたしました。

製造元メーカーにて無償交換を実施いたします。当該製品をお持ちのお客さまは、誠にお手数ではございますが、下記の【製造元メーカーお問合せ窓口】までご連絡をお願いいたします。

このたびはお客さまにご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。

記

【当該製品】

製品名：パックテスト [徳用セット] 硝酸

型式：KR-N03

Lot No：22144A（一部）

【製造元メーカーお問合せ窓口】

〒226-0006

神奈川県横浜市緑区白山 1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク

株式会社共立理化学研究所 営業部宛

TEL：045-482-6937

受付時間 9：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）