

お客様各位

日置電機株式会社
品質保証部

接地抵抗計 FT6031-03、FT6031-50、FT6031-90 無償点検のお願い

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、接地抵抗計 FT6031-03、FT6031-50、FT6031-90 にて、確度仕様から外れるおそれのあるものが出荷されていることがわかりました。貴社に納入いたしました対象製品につきまして、無償点検をさせていただきたく、下記のとおりご連絡いたします。

たいへんご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げますとともに、本無償点検に対するご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

1. 不適合内容

接地抵抗計 FT6031-03、FT6031-50、FT6031-90 において、3 電極法でおよそ $1.5\Omega \sim 5\Omega$ を測定したときに抵抗測定が確度仕様から外れるおそれがあります。

測定誤差は 5Ω に近づくほど大きくなり、 5Ω 測定時では最大 $\pm 0.35\Omega$ 程度の誤差が生じる製品があります。（確度仕様は $\pm 1.5\% \text{rdg} \pm 8 \text{dgt}$ となりますので、 5Ω 測定時は $\pm 0.16\Omega$ が確度仕様範囲となります。）

※2 電極法では問題ありません。

2. 対象製品

-1. 接地抵抗計 FT6031-03、FT6031-50、FT6031-90

-2. 対象製造番号 : 別紙リスト参照

(製造番号は FT6031-03、FT6031-50、FT6031-90 共通です)

3. 対象品の処置について

- 1. 無償で点検を実施いたします。出荷検査が不合格となった場合は、調整・検査を実施し、成績表（調整前後）、校正証明書、トレーサビリティ体系図を無償で添付いたします。
- 2. 実施時期 : 2022 年 11 月 25 日から点検受付を開始いたします。
- 3. 無償点検の期間は、製造年月（校正品の場合は校正年月日）から 1 年 6 か月（確度保証期間 1 年 + 6 か月）とします。
- 4. 弊社本社到着後、7 日稼働日以内に出荷する予定です。お急ぎの場合は、事前に日程の調整を行いますので、弊社支店までご連絡ください。

-5. 対象品の発送先

大変お手数ですが、別紙の＜お客様情報のご提供のお願い＞を記入いただき、対象品と一緒に弊社下記住所まで着払いにて発送をお願いいたします。

(ヤマト運輸または佐川急便での送付をお願いいたします)

＜送付先＞

〒386-1192 長野県上田市小泉 81

日置電機株式会社 受注発送センター宛 TEL:0268-28-1688

ご不明な点は、弊社支店にお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

不具合発生により多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びするとともに、今後も変わらぬお引き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

以上